



Unità Operativa Complessa E-Procurement
Settore Beni - Informatica

Prot. n° 59100

Viterbo 19.11.2015

Gara a procedura aperta chiavi in mano, per la fornitura del Sistema Informatico Sanitario, con outsourcing dei servizi di conduzione, assistenza, manutenzione e fornitura di un sistema PACS, sistemi CR e sistemi di stampa dell'Azienda U.S.L. di Viterbo, suddivisa in n. 2 lotti di gara indivisibili, importo a base d'asta pari a € 2.390.000,00 - Iva esclusa.
Numero gara 6136935 – LOTTO 1 C.I.G. 6361929DE1 LOTTO 2 C.I.G. 636195100D

A tutte le Ditte interessate

Chiarimento n° 6 del 19-11-2015:

1. **Domanda:** Indicare il produttore e il nome commerciale di tutti i moduli software specializzati in grado di utilizzare immagini radiologiche che devono essere integrati con il PACS (l'elenco fornito non è esaustivo: CAD, analisi vascolare, WS di Medicina Nucleare).

Risposta

- I CAD non scaricano immagini elaborate su archivio PACS.
- I pacchetti software di ricostruzione volumetrica sulle TC includono le estensioni per analisi vascolare, endoscopia virtuale, pacchetto cardio ed estensione per il riconoscimento automatico del tessuto osseo; inoltre sono presenti il pacchetto DENTASCAN, la colonscopia virtuale e il pacchetto per la perfusione cerebrale.
- La GAMMA CAMERA ECAM Siemens della Medicina Nucleare di Belcolle è dotata di software per angio-cardioscintigrafia, perfusione cerebrale quantitativa, morfometria della tiroide, perfusione cardiaca e fusione di immagine.
- La RISONANZA ACHIEVA 1,5T Philips di Belcolle è dotata di moduli software per post-elaborazione quali perfusione neuro e mammella, diffusione, spettroscopia, funzionale neuro, cardio avanzato, angiografico e funzione di immagini.

2. **Domanda:** Precisare il valore economico dei canoni di manutenzione attualmente in essere per i software sostituibili (all. 4.1 – Visibile sul sito aziendale – Sezione Bandi - Avvisi e gare), che saranno a carico della ditta aggiudicataria, nel caso in cui la stessa decida di sostituirli.

Risposta:

La Stazione appaltante avendo valutato che i costi di manutenzione circa i software indicati all'Allegato 4.1 e, considerato che tali software risultano vetusti ed obsoleti, sono da considerare tutti in sostituzione da parte della ditta aggiudicataria.

3. Il software Laboratorio Istopatologia (WEB) indicato nell'Allegato 4.1 – Software sostituibili, trattasi di rifiuto, in quanto deve essere considerato come Software oggetto di nuova fornitura (Allegato 4.2), come indicato a pag. 32 di 53 del Capitolato Tecnico.

R.U.P.
Dott. Giovanni Firmani

