



UOC E – PROCUREMENT  
 Direttore Dott.ssa Simona Di Giovanni  
 Settore Prodotti e Diagnostici  
 Tel. 0761 237 854-802  
 Fax. 0761 236685-237837

PROT. N° 30536

VITERBO, 13 APR. 2017

**ESITO VALUTAZIONE TECNICA**

Oggetto: RdO Mepa n. 1477331—Dispositivi Medici ++ per T.I.N.

Con la presente si comunica l'esclusione / ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica con le relative motivazioni, ai sensi dell'art. 29 comma 1, D. L.gs 50/2016:

LOTTO	DITTA	VALUTAZIONE	MOTIVO ESCLUSIONE
1	DRAEGER MEDICAL ITALIA	IDONEA	
2	SEAB INSTRUMENTS	IDONEA	
3	DESERTO		
4	DESERTO		
5	A. DE MORI	IDONEA	
6	BURKE&BURKE	IDONEA	
7	A. DE MORI	IDONEA	
8	DEAS	ESCLUSA	Il prodotto offerto non è corredato da scheda tecnica, comunque dall'esame della campionatura si evince che il prodotto ha un raccordo che non permette maneggevolezza nelle manovre rianimatorie, perchè troppo lungo; inoltre non presenta accessi per aspirazione o somministrazione di surfattante. Pertanto non risponde alle nostre esigenze assistenziali-
	EUROMED	ESCLUSA	Il prodotto offerto ha un raccordo a "T" che non permette maneggevolezza nelle manovre rianimatorie, perchè troppo lungo; inoltre non presenta accessi per aspirazione o somministrazione di surfattante. Pertanto non risponde alle nostre esigenze assistenziali-



9	EUROMED	IDONEA	
	LABOINDUSTRIA	IDONEA	
10	MEDELA ITALIA	IDONEA	
11	DESERTO		
12	DESERTO		
13	DESERTO		
14	DAX ITALIA	ESCLUSA	Il prodotto offerto non è compatibile con i pulsossimetri OXI-MAX N-600X, in quanto il sensore offerto non si raccorda con il cavo paziente.
15	SEAB INSTRUMENTS	IDONEA	
16	SEAB INSTRUMENTS	IDONEA	
17	DESERTO		
18	DESERTO		
19	DESERTO		
20	DESERTO		
21	AESSE MEDICAL	IDONEA	
	EUROMED	IDONEA	
22	CERACARTA	IDONEA	
23	SENSORMEDICS ITALIA	ESCLUSA	Il prodotto offerto non si raccorda con l'apparecchio spirometro in dotazione alla UOC Pediatria

Il Responsabile del Procedimento

Marco Fornicoli