



UOC E – PROCUREMENT
 Direttore Dott.ssa Simona Di Giovanni
 Settore Prodotti e Diagnostici
 Tel. 0761 237 854-802
 Fax. 0761 236685-237837

PROT. N° 30535

VITERBO, 13 APR. 2017

ESCLUSIONE FASE TECNICA

Oggetto: RdO Mepa n. 1500970—sensori LNCS

Con la presente si comunica l'esclusione / ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica con le relative motivazioni, ai sensi dell'art. 29 comma 1, D. L.gs 50/2016:

DITTA	MOTIVO ESCLUSIONE
DAX ITALIA srl	I prodotti offerti non presentano un segnale stabile nella rilevazione della saturazione di ossigeno-
SEAB INSTRUMENTS	IDONEA

Il Responsabile del Procedimento

Marco Fornicoli

mn