

**ASL
VITERBO**

UOC E- PROCUREMENT

Direttore : Dr.ssa Simona Di Giovanni

Economato

TEL. 0761 236612 - 236559 Fax 0761 237837

e-mail : renzo.capati@asl.vt.it

PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
CENTRALINO 0761 3391

Prot. n. 20956

Viterbo 13 MAR. 2018

Spett.li Ditte

Oggetto : Procedura di acquisto biennale, mediante RDO Me.Pa – Consip di Stent ureterali doppio Loop necessari alla UOC Urologia. Importo biennale posto a base d'asta €. 30.000,00 iva esclusa.

Con la presente si comunicano le risultanze tecniche relative alla RDO I822962 trasmesse dal Direttore UOC Urologia:

- Il dispositivo della ditta Teleflex Medical Srl non risulta idoneo alle nostre necessità per il tipo di guida e la qualità dei materiali in quanto eccessivamente rigida;
- Il dispositivo della Cook Italia Srl completo di guida risulta idoneo alle nostre necessità;
- Il dispositivo della ditta HD Health Defence SpA ha un filo guida teflonata in acciaio, eccessivamente rigida per le nostre necessità quindi non idoneo;
- Il dispositivo della ditta Coloplast SpA risulta idoneo alle nostre necessità;
- Il dispositivo della ditta B.Braun Milano SpA non risulta idoneo alle nostre necessità poiché dispositivo con guida di posizionamento troppo rigida per le nostre necessità;
- Il dispositivo della ditta Bard Srl risulta idoneo alle nostre necessità;
- Il dispositivo della ditta Colma Srl presenta filo guida eccessivamente morbido in base alle nostre necessità, quindi non idoneo.

Distinti Saluti

Il Direttore UOC E-Procurement
Dr.ssa Simona Di Giovanni