

PARAMETRI QUALITATIVI DM CND "T"**70/100****(Soglia minima di sbarramento 36/70)**

Tutti i Dispositivi Medici rientranti nella CND lettera "T" con il relativo corredo tecnologico costituenti oggetto dell'offerta, dovranno essere realizzati in conformità alle Leggi e alle normative vigenti in materia o che saranno emanate in corso d'opera.

In particolare dovranno soddisfare le disposizioni di legge comunitarie e italiane, le Norme tecniche UNI CEI e Norme dei paesi della CEE equivalenti e tutte le normative esplicitamente indicate nel Allegato Elenco lotti e fabbisogni.

GUANTI STERILI

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Facilità identificazione del prodotto su confezionamento primario e secondario	No sub criteri	10
Presenza di scritte o pittogrammi	No sub criteri	10
Presenza del guanto e sensibilità tattile	No sub criteri	10
Vestibilità e confort (calzabilità e scorrevolezza)	No sub criteri	10
Confezionamento singolo guanto	No sub criteri	10
Resistenza allo strappo	No sub criteri	10
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 20% B) Tempi di consegna 20% C) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% D) Ulteriori servizi offerti 30%	10

GUANTI NON STERILI

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Presa del guanto e sensibilità tattile	No sub criteri	20
Vestibilità e confort (calzabilità e scorrevolezza)	No sub criteri	20
Resistenza allo strappo	No sub criteri	20
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 20% B) Tempi di consegna 20% C) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% D) Ulteriori servizi offerti 30%	10

ALTRI GUANTI

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Qualità intrinseca del prodotto e corrispondenza tecnica rispetto al Capitolato	No sub criteri	30
Vestibilità e confort (calzabilità e scorrevolezza)	No sub criteri	20
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 40% B) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% C) Ulteriori servizi offerti 30%	20

CALZARI, SOPRASCARPE, CAMICI CHIRURGICI, COPRICAPO, MASCHERINE, COPERTURA TAVOLI E TELERIA VARIA

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Qualità intrinseca del prodotto e corrispondenza tecnica rispetto al Capitolato	NO SUB CRITERI	20
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 40% B) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% C) Ulteriori servizi offerti 30%	20

I restanti 30 punti saranno assegnati, per categoria di prodotto, come segue

TELI E SET CAMPO OPERATORIO	30
Chiarezza indicazioni posizionamento teli	25%
Assorbente intorno alla zona d'incisione	50%
Tenuta degli adesivi	25%
CAMICI	30
Facilità nell'indossare il camice	33,33%
Assorbente e livello protezione camici	33,33%
Libertà di movimento	33,33%
MASCHERINE	30
Capacità di mantenere la forma	50%
Comfort termico	50%
CONFEZIONAMENTO GLOBALE	30
Dispenser	40%
Facilità di apertura busta	40%
Facilità di prelievo del singolo prodotto	20%
CAPPELLINI	30
Traspirabilità	50%
Adattabilità alle diverse capigliature	50%
ACCESSORI	30
Resistenza	50%
Tenuta sul telo	50%

Tutti i prodotti afferenti alla CND T (tnt), dovranno essere conformi alle norme UNI EN 13795, ed assicurare le seguenti caratteristiche fondamentali: impermeabilità su tutta la superficie (teli e set); assorbente preferibilmente differenziata (teli e set); idrorepellenza (camici chirurgici); assenza di sostanze che possano provocare allergia o qualsiasi altra manifestazione cutanea; assenza di gas o residui tossici, inquinanti, nocivi all'atto dell'incenerimento; colorazione uniforme e antiriflesso e senza rilascio di sostanza; elevata drappeggiabilità; traspirabilità; assenza di odore e dotati, se necessario, di opportuni sistemi di fissaggio con adesivo ipoallergico (latex free); contaminazione microbica (fondamentale); proprietà antistatiche (fondamentale); smaltibilità (assenza inquinanti) (fondamentale); assorbente (importante); assenza di odori (critico); perdita di particelle (Linting); permeabilità all'aria; resistenza alla trazione e alla lacerazione; resistenza alla penetrazione dei liquidi; resistenza alla penetrazione batterica a umido; biocompatibilità e ritardo di combustione.

I RESTANTI LOTTI AFFERENTI ALLA CND "T" (NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI TABELLE) VERRANNO VALUTATI IN BASE AI SEGUENTI PARAMETRI

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Qualità intrinseca del prodotto e corrispondenza tecnica rispetto al Capitolato	Qualità dei materiali e caratteristiche tecnico funzionali 100%	20
Funzionalità all'utilizzo del DM	A) Sicurezza e atraumaticità 50% B) Praticità nell'impiego 50%	20
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 40% B) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% C) Ulteriori servizi offerti 30%	20
Migliorie	Migliorie tecniche di prodotto e di utilizzo per l'operatore/paziente 100%	10

PARAMETRI QUALITATIVI DM CND "V"**70/100****(Soglia minima di sbarramento 36/70)**

Tutti i Dispositivi Medici rientranti nella CND lettera "v" con il relativo corredo tecnologico costituenti oggetto dell'offerta, dovranno essere realizzati in conformità alle Leggi e alle normative vigenti in materia o che saranno emanate in corso d'opera.

In particolare dovranno soddisfare le disposizioni di legge comunitarie e italiane, le Norme tecniche UNI CEI e Norme dei paesi della CEE equivalenti e tutte le normative esplicitamente indicate nel Allegato Elenco lotti e fabbisogni.

TABELLA PARAMETRI QUALITATIVI PER TUTTI I LOTTI

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Qualità intrinseca del prodotto e corrispondenza tecnica rispetto al Capitolato	Qualità dei materiali e caratteristiche tecnico funzionali 100%	20
Funzionalità all'utilizzo del DM	A) Sicurezza e atraumaticità 50% B) Praticità nell'impiego 50%	20
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 40% B) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% C) Ulteriori servizi offerti 30%	20
Migliorie	Migliorie tecniche di prodotto e di utilizzo per l'operatore/paziente 100%	10

PARAMETRI QUALITATIVI DM CND "U"**70/100****(Soglia minima di sbarramento 36/70)**

Tutti i Dispositivi Medici rientranti nella CND lettera "u" con il relativo corredo tecnologico costituenti oggetto dell'offerta, dovranno essere realizzati in conformità alle Leggi e alle normative vigenti in materia o che saranno emanate in corso d'opera.

In particolare dovranno soddisfare le disposizioni di legge comunitarie e italiane, le Norme tecniche UNI CEI e Norme dei paesi della CEE equivalenti e tutte le normative esplicitamente indicate nel Allegato Elenco lotti e fabbisogni.

TABELLA PARAMETRI QUALITATIVI

Ripartizione PUNTEGGIO QUALITA' (Q/R: 70/30)	Sub criteri e percentuali sul punteggio totale del criterio	PUNTEGGIO TOTALE DEL CRITERIO
Qualità intrinseca del prodotto e corrispondenza tecnica rispetto al Capitolato	Qualità dei materiali e caratteristiche tecnico funzionali 100%	20
Funzionalità all'utilizzo del DM	A) Sicurezza e atraumaticità 50% B) Praticità nell'impiego 50%	20
Servizio post vendita di informazione e formazione	A) Formazione e informazione punti 40% B) Sostituzione prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi punti 30% C) Ulteriori servizi offerti 30%	20
Migliorie	Migliorie tecniche di prodotto e di utilizzo per l'operatore/paziente 100%	10