

**CHIARIMENTI N. 8 DEL 19/06/2020**

<b>Oggetto gara:</b>	<b>Fornitura di materiale vario per ortopedia/artroscopia e l'installazione "chiavi in mano" di colonne artroscopiche ricondizionate (Lotto 1) occorrenti alle necessità della Asl Viterbo, per la durata di 3 anni.</b>
----------------------	--

<i>Prog. QUESITO</i>	<i>Quesito</i>	<i>Risposta</i>
1	<p>1. Ci riferiamo alla Vostra richiesta tecnica per il Lotto 2 e successiva risposta al quesito per comunicarvi che il filo per la chirurgia del ginocchio e ricostruzione legamentosa è di 2.4 .. standardizzato pertanto si chiede se la risposta al quesito è un refuso.</p> <p>2. In riferimento alla Vostra richiesta tecnica per il Lotto 11 Vi chiediamo di specificare cosa si intende per "completo di filo guida"? il filo asolato o filo intrecciato?</p>	<p>1) Si conferma la risposta già fornita e cioè "Lotto 2: diametro compreso tra 1 e 2 mm circa, lunghezza da 28 a 40 mm circa". 2) Si intende filo asolato. Il R.U.P. Dr.ssa Tania Morano</p>