

**Unità Operativa Complessa E-Procurement**Via Enrico Fermi, 15
01100 VITERBODirettore *ad interim*: Dott.ssa Simona Di Giovanni**Referente amministrativo procedura**Riccardo Corgna
Tel. 0761 236818e-mail riccardo.corgna@asl.vt.it

PROT. N° 33913

VITERBO, 15-04-2026

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE ASL VITERBO

PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIONE LAZIO S.TEL.LA.

**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI APPARECCHIATURE PER OCULISTICA DA
DESTINARE ALLA U.O.C. OCULISTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE DELLA ASL
VITERBO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023**

1. Premessa

La ASL di Viterbo, con il presente avviso, intende svolgere un'indagine esplorativa di mercato, aperta a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati, al fine di acquisire elementi istruttori utili in ordine al mercato di riferimento e all'eventuale successivo affidamento diretto della fornitura in oggetto.

2. Finalità e natura dell'avviso

La presente indagine di mercato è avviata al fine di acquisire elementi istruttori utili in ordine:

- alla presenza sul mercato di operatori economici in grado di eseguire la fornitura;
- alle caratteristiche tecniche delle soluzioni disponibili;
- ai tempi di esecuzione/consegna;
- alla congruità dei prezzi praticati.

La presente iniziativa ha carattere meramente esplorativo, conoscitivo e istruttorio e non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale, né invito a presentare offerta vincolante.

Essa è finalizzata esclusivamente a una ricognizione del mercato di riferimento e non dà luogo ad alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o formazione di posizioni giuridiche qualificate in capo ai partecipanti.

La partecipazione alla presente indagine non comporta per la ASL di Viterbo alcun obbligo di affidamento e non determina in capo agli operatori economici alcun diritto, aspettativa o pretesa giuridicamente tutelabile.

La ASL di Viterbo si riserva la facoltà di:

- interrompere, sospendere, modificare o annullare la presente indagine in qualsiasi momento;
- non procedere ad alcun affidamento;
- procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o di un solo preventivo ritenuto idoneo;
- richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni o approfondimenti istruttori.

3. Oggetto dell'indagine

La presente indagine esplorativa ha ad oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di apparecchiature per oculistica da destinare alla U.O.C. Oculistica ospedaliera e territoriale della ASL di Viterbo.

Le caratteristiche minime, essenziali e di dettaglio della prestazione, nonché le relative specifiche tecniche, sono riportate nel Documento Tecnico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso e al quale si rinvia integralmente.

Le previsioni contenute nel Documento Tecnico allegato sono formulate ai soli fini della descrizione del fabbisogno aziendale e non comportano, in questa fase, vincoli contrattuali definitivi per la Stazione Appaltante.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare manifestazione di interesse e relativo preventivo con riferimento a prodotti conformi a quanto ivi previsto.

4. Importo stimato

L'importo stimato dell'eventuale affidamento è pari a € 50.500 oltre IVA, comprensivo di ogni onere necessario per l'esecuzione della fornitura, ivi inclusi:

- consegna;
- installazione;
- collaudo;
- formazione;
- manutenzione e assistenza tecnica;
- garanzia;
- ogni altro onere accessorio.

Tale importo è indicato ai soli fini conoscitivi e istruttori.

5. Luogo e tempi di esecuzione

Luogo di esecuzione

La fornitura dovrà essere eseguita presso le seguenti sedi:

- n° 1 biometro/pachimetro presso il Presidio Ospedaliero di Civita Castellana, sito in via Ferretti, 169 – 01033 Civita Castellana (VT), U.O.C. Oculistica – piano I;
- n° 1 lampada a fessura presso la Cittadella della Salute di Viterbo, sita in via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT) – piano I.

Tempi di esecuzione

La consegna e l'installazione delle apparecchiature dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'Ordinativo NSO.

Le attività di collaudo dovranno essere effettuate entro 15 (quindici) giorni dalla consegna ed installazione delle apparecchiature.

6. Modalità di partecipazione

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, nonché di adeguata capacità tecnico-professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento, anche desumibile da documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione.



Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere:

a) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

Manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata da **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**, attestante:

- i dati identificativi dell'operatore economico;
- i recapiti di riferimento;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro registro/albo pertinente, ove dovuta;
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- l'indicazione sintetica delle principali **esperienze pregresse ritenute idonee** rispetto all'oggetto della prestazione, con riferimento almeno a:
 - oggetto della prestazione;
 - committente;
 - periodo di esecuzione.

La ASL di Viterbo si riserva di chiedere all'operatore economico eventualmente individuato ai fini dell'affidamento la relativa documentazione probatoria.

b) Documentazione tecnica

Schede tecniche e/o relazione descrittiva della soluzione proposta, con evidenza della rispondenza rispetto a quanto previsto nel Documento Tecnico allegato al presente avviso.

c) Preventivo economico

Preventivo economico recante almeno:

- importo complessivo offerto;
- eventuale dettaglio delle singole voci;
- tempi di consegna, messa in funzione ed eventuali ulteriori attività accessorie;
- validità del preventivo.

La proposta dovrà essere completa di tutti gli elementi tecnici ed economici necessari a consentire una valutazione complessiva della soluzione proposta.

7. Modalità e termine di presentazione

La documentazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, mediante PEC all'indirizzo prot.gen.asl.vt@legalmail.it, nonché all'indirizzo MAIL riccardo.corgna@asl.vt.it, recante in oggetto: "Manifestazione di interesse – Avviso esplorativo per affidamento diretto di apparecchiature per oculistica"

8. Modalità di utilizzo delle risultanze

Le manifestazioni di interesse e i preventivi acquisiti saranno utilizzati dalla ASL di Viterbo esclusivamente ai fini istruttori, per la valutazione del mercato di riferimento e per l'eventuale individuazione dell'operatore

economico cui affidare direttamente la prestazione. La stazione appaltante procederà alla valutazione delle proposte pervenute in relazione alla loro coerenza con il fabbisogno aziendale, tenendo conto, in via complessiva, degli elementi tecnici ed economici rappresentati, con particolare riferimento a:

- adeguatezza tecnica della soluzione proposta;
- congruità economica;
- tempi di esecuzione;
- esperienze pregresse dell'operatore economico ritenute idonee rispetto all'oggetto dell'affidamento.

La valutazione è finalizzata esclusivamente all'individuazione dell'operatore economico cui affidare direttamente la fornitura. La presente indagine non dà luogo a graduatorie né all'applicazione di criteri di aggiudicazione propri delle procedure di gara.

10. Eventuale successivo affidamento

All'esito dell'istruttoria, la ASL potrà procedere ad affidamento diretto con provvedimento motivato.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dagli operatori economici saranno trattati dalla ASL di Viterbo, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla presente indagine esplorativa di mercato, alla relativa istruttoria e all'eventuale successivo affidamento, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione alla presente indagine. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento è la ASL di Viterbo, con sede in via Enrico Fermi, 15 – 01100, Viterbo (VT). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile al seguente recapito: dpo@asl.vt.it


Il Responsabile
U.O.S. Gestione Contratti e Logistica
Dot.ssa Tania Morano

R.C.
R.C.



DOCUMENTO TECNICO

« Fornitura ed installazione, chiavi in mano, Apparecchiature per oculistica da destinare alla UOC Oculistica ospedaliera e territoriale della ASL di Viterbo »

Oggetto della fornitura

Il presente Appalto ha ad oggetto:

- a) la fornitura "chiavi in mano", in regime di *acquisto*, di n. 1 biometro/pachimetro e di n° 1 lampada a fessura comprensiva dell'installazione, degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite;
- b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione *full risk* ed assistenza tecnica sulle apparecchiature fornite per l'intero periodo di validità della garanzia offerta (almeno 24 mesi), comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive
- c) ritiro e smaltimento dei beni inv. 750.002.330 lampada a fessura e inv. 750.005.253 biometro

Le forniture oggetto di affidamento dovranno essere consegnate presso:

- n° 1 biometro/pachimetro presso il Presidio Ospedaliero di Civita Castellana via Ferretti, 169 - 01033 Civita Castellana VT, UOC Oculistica piano I;
- n° 1 lampada a fessura presso Cittadella della Salute di Viterbo via Enrico Fermi 15 - 01100 Viterbo piano I.

L'importo massimo è fissato in 43.300,00 € per il biometro e in 7.200,00 € per la lampada a fessura, per un totale di € 50.500,00 oltre Iva 22%;

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI

L'eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nel presente articolo non deve essere intesa come elemento di esclusiva, ma come "definizione meramente indicativa", volta ad individuare le funzioni richieste e tutte quelle alle stesse equivalenti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite nel presente Documento Tecnico, nel rispetto del principio di equivalenza.

Principio di equivalenza

Come previsto dal D.lgs. 36/2023, in particolare all'allegato II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature, è possibile presentare offerta per tecnologie e/o materiali di consumo anche non conformi alle specifiche sotto riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso l'offerta (e segnatamente la documentazione tecnica) dovrà essere obbligatoriamente corredata da una relazione tecnica o altro mezzo appropriato che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

N.1 BIOMETRO AD ULTRASUONI

Biometro ottico a ultrasuoni

Configurazione da tavolo

Modalità A scan e Pachimetria integrata

Misurazione della lunghezza assiale con tecnica a contatto o a immersione

Modalità di acquisizione manuale e automatica

Misurazione dei seguenti parametri:

- lunghezza assiale del bulbo oculare
- raggio corneale
- spessore corneale
- profondità della camera anteriore

Dotazione completa di formule per il calcolo della IOL, incluso database delle IOL in grado di consentire la gestione di diverse tipologie di lenti.

Display di visualizzazione e controllo di tipo touch-screen

Completo di sonde

- Sonda biometrica con frequenza di trasduzione di circa 10÷11 Mhz
- Sonda pachimetria con frequenza di trasduzione di circa 20 Mhz

Risoluzione per la biometria minima di almeno 0,03 mm

Dotato di funzioni per ridurre al minimo il tempo di misura, a garanzia di maggiore comfort del paziente

Dotato di stampante integrata A4

Ampia capacità di memoria interna e/o soluzione alternativa

Predisposizione DICOM

Presenza di interfaccia seriale per l'esportazione dei dati paziente

Dotato di tavolo elettrificato dimensioni circa 50x60 conforme in termini di sicurezza elettrica alla destinazione d'uso

N.1 LAMPADA A FESSURA

Lampada a fessura da destinarsi all'ambulatorio di Oculistica della Cittadella della Salute della ASL di Viterbo, così configurata:

Microscopio binoculare di tipo convergente:

- o Con almeno quattro ingrandimenti compresi tra circa 6x e 30x con oculare da 12,5x
- o Campo visivo compreso almeno tra circa 8 e 25 mm

Larghezza fessura regolabile tra circa 0 e 12 mm

Lunghezza fessura regolabile tra circa 2 e 12 mm

Vari diaframmi di apertura compresi almeno tra circa 0.3 e circa 12

Possibilità di ruotare da 0° a 90°

Dotata di sorgente ad elevata luminosità

Dotata almeno delle seguenti tipologie di filtro: blu cobalto, rosso-privo

Distanza interpupillare non inferiore a circa 55 e 75 mm

Range di aggiustamento diottrico compreso almeno tra circa $\pm 5D$

Movimentazione tramite joystick

Mentoniera regolabile

Tavolo regolabile elettricamente adatto all'accesso di pazienti a mobilità ridotta con uso di carrozzina dotato di vano/cassetto porta oggetti accessori

Compatibile con tonometro ad appianazione di Goldmann in dotazione

Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili

Peso e massime dimensioni di ingombro ridotte

Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo

Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti

DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE

La presentazione dell'offerta dovrà garantire la presenza della seguente documentazione:

- dichiarazioni di conformità e certificazioni CE ai sensi della Direttiva 93/42/CE e s.m.i., ovvero del Regolamento UE 2017/745, con indicato l'eventuale identificativo dell'Organismo che l'ha rilasciata.
- manuale d'uso in duplice copia in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana;

Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.

La ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.

È possibile presentare offerta per un'apparecchiatura anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso l'offerta dovrà essere corredata da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione *full risk* e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, per un periodo di almeno 24 mesi (durata minima di garanzia richiesta) a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.

Durante l'anzidetto periodo di garanzia dovrà altresì essere assicurato il perfetto e costante funzionamento delle Apparecchiature fornite.

In particolare, l'Appaltatore su tutte le Apparecchiature di cui alla lettera A), comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste più avanti:

- b.1) Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 2/anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;
- b.2) interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 8 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (*i.e.*, difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, ecc...);
- b.3) in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione, dovesse comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 3 giorni lavorativi consecutivi, sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre i suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa) anche in caso di guasti o malfunzionamenti frequenti e ripetuti.

LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Le apparecchiature oggetto del presente appalto dovranno essere consegnate ed installate chiavi in mano come di seguito si riporta:

- n°1 biometro/pachimetro presso il Presidio Ospedaliero di Civita Castellana via Ferretti, 169 - 01033 Civita Castellana VT, UOC Oculistica piano I;
- n° 1 lampada a fessura presso Cittadella della Salute di Viterbo via Enrico Fermi 15 - 01100 Viterbo piano I.

La consegna e l'installazione chiavi in mano dovranno avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'Ordinativo NSO, salvo tempistiche inferiori eventualmente indicate in offerta dall'Appaltatore medesimo. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali più avanti previste. L'Appaltatore dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'Appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'Appaltatore dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

PROVA CLINICO-PRATICA

Non è prevista prova clinica per la presentazione dell'offerta.

COLLAUDO

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, l'Azienda, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, l'Azienda procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal presente Documento, dall'offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario, dalle vigenti norme CEI e di cui al D.Lgs. n. 37/2010, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dall'Azienda in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'Appaltatore.

In caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste dal presente Documento.

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e collaudo sono presso l'UOC ingegneria Clinica sig. Gabriele Sdinami, gabriele.sdinami@asl.vt.it, 3475696412.

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'Appaltatore ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica ed all'U.O. destinataria delle Forniture.

Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica

Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.

Nell'ipotesi di esito negativo, l'Appaltatore dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal presente Documento.

Il collaudo potrà intendersi concluso solo al recepimento di tutta la fornitura e documentazione prevista, incluso percorso di formazione e ritiro, ove previsto.

Al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere la pratica al settore acquisti, utile ai fini di liquidazione fatture.

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E FORMAZIONE

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale di cui alla garanzia offerta, l'Appaltatore dovesse porre in commercio aggiornamenti relativi all'hardware ed al software delle Apparecchiature offerte, migliorativi per



caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di ottenerne l'implementazione o la sostituzione, senza oneri e costi aggiuntivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia offerta, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

PENALI

Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'impresa sarà tenuta a corrispondere alla ASL Viterbo le seguenti penali:

- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria proposta tecnica se migliorativo;
- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche, entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.

UOC OCULISTICA
Direttore Dott. Enrico Zonghi

UOC CURE PRIMARIE
Direttore Dott. Giuseppe Cimarello

