SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL VITERBO

REGIONE LAZIO

U.O.C. E Procurement
Direttore ad Interim Dott.ssa Simona Di Giovanni
Referente: Dott.ssa Silvia Stendardi
e-mail: silvia.stendardi@asl.vt.it

PROT. 91763 VITERBO 23-10-2026

PUBBLICAZIONE SU SITO ISTITUZIONALE
E PIATTAFORMA S.TEL.L.A.

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 18 LETTI BILANCIA DA DESTINARE ALLA UOC NEFROLOGIA ED EMODIALISI DELL'OSPEDALE SANTA ROSA, ASL VITERBO, RELATIVA ALL'EVENTUALE PROCEDURA DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.Lgs. 36/2023 E S.M.I..

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria Locale di Viterbo intende procedere all'acquisto di Fornitura di n. 18 letti bilancia da destinare alla UOC Nefrologia ed Emodialisi dell'Ospedale Santa Rosa, ASL Viterbo comprensivi dell'installazione, di ogni accessorio indicato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei limiti delle soglie in esso previste, mediante Trattativa Diretta da espletarsi su piattaforma S.TEL.L.A.

DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLA FORNITURA

Vedasi Documento Tecnico allegato

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'eventuale procedura verrà espletata con le modalità previste dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i..

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda a mezzo pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e contestualmente all'indirizzo mail : silvia.stendardi@asl.vt.it, **entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso** dichiarando:

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- di essere inscritti alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;
- di essere inscritti alla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TEL.LA oppure di aver presentato istanza di iscrizione;
- la garanzia di 24 mesi su tutti i prodotti forniti.

In caso di partecipazione alla presente indagine, gli operatori economici dovranno fornire preventivo economico e schede tecniche dei prodotti presentati.

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i..

AVVERTENZE:

il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibili proposte del mercato al fine di affidare direttamente il servizio.

L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, in quanto ha come unico scopo di rendere noto, all'Amministrazione, la disponibilità dell'operatore economico a presentare una proposta.

La Dirigente U.O.S. Gestione Contratti e Logistica
Dott.ssa Tania Morano

DOCUMENTO TECNICO

«Fornitura di n. 18 letti bilancia da destinare alla UOC Nefrologia ed Emodialisi dell'Ospedale Santa Rosa, ASL Viterbo».

OGGETTO

Il presente Procedimento ha ad oggetto:

a) Fornitura di n. 18 letti bilancia da destinare alla UOC Nefrologia ed Emodialisi dell'Ospedale Santa Rosa, ASL Viterbo comprensivi dell'installazione, di ogni accessorio indicato.

b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza tecnica sulle apparecchiature fornite per l'intero periodo della garanzia, pari a 24 mesi, comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive, delle operazioni di taratura e calibrazione periodiche previste dalla Normativa vigente e da indicazione del Costruttore. Verifiche elettriche con cadenza annuale.

c) ritiro e smaltimento con FIR degli attuali letti presenti in reparto (n.18 unità).

Le forniture dovranno essere consegnate al piano ed installate chiavi in mano presso UOC Nefrologia ed Emodialisi dell'Ospedale S.Rosa di Viterbo, Strada Sammartinese, piano 0 Blocco E.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI

Premessa
L'eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle presenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come "definizione meramente indicativa", volta ad individuare le funzioni richieste e tutte quelle alle stesse equivalenti.

Le apparecchiature devono essere dotate di tutte le parti e gli accessori necessari al loro corretto, sicuro ed immediato completo funzionamento.
Le apparecchiature dovranno possedere le caratteristiche tecniche e funzionali minime dettagliate di seguito.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le apparecchiature dovranno possedere le caratteristiche tecniche e funzionali minime dettagliate di seguito.

- Peso del letto circa 130 Kg
- Portata massima netta circa 150Kg
- Rete snodata con diverse sezioni
- Dotati di 4 ruote piroettanti e di un sistema frenante
- Dotato di sponde laterali: n.9 sponde a compasso
- Dotato di pulsantiera ergonomica per paziente per movimentazione del letto
- Dotato di pulsantiera per operatore per movimentazione del letto

- Modalità di uscita sicura per paziente
- Sollevamento altezza piano, Regolazione schienale e femorale trendelenburg/controtrendelenburg comando elettrico motorizzato regolabile
- Dotato di idoneo sistema di pesatura integrato nel telaio del letto
- Sollevamento schienale range circa 0-70°
- Regolazione trendelenburg/controtrendelenburg +15°/-15° circa
- Sblocco rapido dello schienale per manovra CPR
- Dotato di idoneo display per la visualizzazione dei parametri con staffa di ancoraggio
- Display dotato di tasto per azzeramento tara
- Display dotato di porte di comunicazione integrate per interfacciamento PC e scaricamento dati
- Dotato di batteria tampone contro rischio black-out di almeno 3 ore di autonomia
- Dotato di idonei sistemi di sicurezza
- Dotati di libretto metrologico

La fornitura dovrà essere completata dai seguenti accessori:

- n.3 carrelli servitore con ruote, con piano in materiale facilmente sanificabile e resistente ai principali prodotti utilizzati per la sanificazione in ambito sanitario.
- n.18 pianetti richiudibili posizionati ai piedi ed integrati alla struttura del letto bilancia
- n.4 sollevamalati a triangolo

DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE

Dovranno essere presentate, in sede di proposta tecnica, le seguenti documentazioni:
- dichiarazioni di conformità e certificazioni CE ai sensi del Regolamento sui Dispositivi Medici 2017/745 e successive modifiche e integrazioni
-dichiarazione di conformità rispetto a: CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, UNI EN 60601-2-52, Norma UNI CEI EN 45501, Direttiva 2014/31/UE (D.Lgs 83/2016), D.M. 93/2017 (Metrologia Legale Italiana),
-sistema di pesatura omologato in classe III

All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso in duplice copia in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

È possibile presentare proposta per un'apparecchiatura anche non conforme alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico. In tal caso la proposta dovrà essere corredata da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione *full risk* e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, durante tutto il periodo di garanzia a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.
In particolare, l'impresa su tutte le Apparecchiature di cui alla lettera A), comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente fornito, che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste:

b.1) Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 1 anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;
b.2) interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate e comunque entro e non oltre 8 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (*i.e.*, difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, ecc...);
b.3) in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione, dovesse comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 2 giorni lavorativi consecutivi, sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque entro e non oltre i suddetti 2 giorni lavorativi consecutivi.

L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa) anche in caso di guasti o malfunzionamenti frequenti e ripetuti.
Per tutta la durata della garanzia devono essere assicurate le VSE almeno con cadenza annuale e le operazioni di taratura e calibrazione secondo quanto previsto dal Costruttore e dalle Normative Vigenti.

LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La consegna e l'installazione dovrà avvenire chiavi in mano al piano presso il Polo Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo.
La consegna e l'installazione chiavi in mano dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da parte dell'impresa, del Documento di Stipula MEPA/dell'ordinativo NSO, salvo tempistiche inferiori indicate nella proposta tecnica dall'impresa medesima.
L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda.
Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, ove occorra, le licenze d'uso.

RITIRO E SMALTIMENTO

È previsto il ritiro e lo smaltimento con FIR di n.16 letti bilancia presenti in Reparto.

COLLAUDO

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.

FORMAZIONE

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl

addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.
L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata della garanzia, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.