

ASL
VITERBOREGIONE
LAZIO**Unità Operativa Complessa E-Procurement**

Via Enrico Fermi, 15

01100 VITERBO

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837

e-mail simona.digiovanni@asl.vt.it**Settore Beni Investimento e Informatica**

Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837

e-mail francesca.dipietro@asl.vt.it

PROT. N° 73671

VITERBO,

28/08/2026

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE ASL VITERBO
PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA REGIONE LAZIO S.TEL.LA**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN SERVICE, PER 36 MESI, DI STAMPANTE LASER PER BIOCASSETTE, COMPLETA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. SANTA ROSA DI VITERBO.

E' intenzione di questa ASL Viterbo procedere ad eventuale affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., tramite TD su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. ovvero TD ME.PA. (in caso di non iscrizione della Ditta alla piattaforma regione Lazio S.TEL.LA.), di service avente ad oggetto la fornitura chiavi in mano di n. 1 stampante laser per biocassette (pagamento mediante canoni di noleggio a rate fisse) completa del relativo materiale di consumo (pagamento a misura), per una durata di anni 3, con opzione di proroga contrattuale per ulteriore 1 anno, da destinare alla UOC Anatomia Patologica del P.O. Santa Rosa di Viterbo, secondo quanto descritto nel Documento Tecnico allegato alla presente.

Importo triennale presunto massimo complessivo: € 99.000,00 IVA esclusa.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, su carta intestata, da inviare in risposta alla presente consultazione di mercato su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA., ovvero tramite PEC ai seguenti indirizzi, prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it e p.c. francesca.dipietro@asl.vt.it, dichiarando il proprio interesse e indicando:

RAGIONE SOCIALE

P.IVA / CODICE FISCALE

INDIRIZZO

E-MAIL E PEC

entro e non oltre il 18/09/2026 ore 12:00 riportando nell'oggetto la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN SERVICE STAMPANTE LASER PER BIOCASSETTE PER UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. VITERBO.

Nell'istanza di partecipazione l'operatore economico dovrà presentare i documenti/le dichiarazioni che seguono.

1) **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale:

- attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della presente fornitura;
- attesta di essere iscritto alla piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. ovvero di aver presentato istanza di iscrizione (nel caso di mancata iscrizione alla piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto almeno alla piattaforma nazionale Me.Pa.-Consip);



- d) indica i tempi di consegna-installazione chiavi in mano-collauda-formazione dello strumento proposto, almeno nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dal Documento Tecnico allegato;
- e) indica i tempi di consegna dei materiali di consumo occorrenti al funzionamento dello strumento proposto, almeno nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dal Documento Tecnico allegato;
- f) comunica la classificazione CND e il Codice di repertorio (RDM) di ogni singolo prodotto presentato (apparecchiature e materiali di consumo);
- g) comunica il codice UDI-DI dei dispositivi impiantabili delle classi III e IIb, dei dispositivi non impiantabili di classe III, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, laddove presenti;
- 2) **Relazione tecnico-illustrativa**, in lingua italiana, da cui risulti la descrizione particolareggiata, il tipo e le caratteristiche delle attrezzature proposte, nonché di qualsiasi accessorio e componente, con allegati dépliant illustrativi anch'essi in lingua italiana, che indichino gli aspetti tecnico-funzionali dei beni presentati;
- 3) **Schede tecniche dei materiali di consumo**, contenenti la descrizione degli elementi tecnici e prestazionali, delle prescrizioni sulla sicurezza, nonché di ogni altra indicazione necessaria a dimostrare la corrispondenza dei materiali all'uso cui sono destinati, nonché la corrispondenza alle caratteristiche richieste ovvero l'equivalenza funzionale, compresi certificati di qualità e dépliant illustrativi. Le schede tecniche dovranno altresì riportare con chiarezza, oltre alle caratteristiche strutturali e qualitative, quanto segue:
 - i. ragione sociale della ditta produttrice;
 - ii. denominazione commerciale del prodotto;
 - iii. tipologia di confezionamento e numero di pezzi per confezione;
 - iv. elenco delle materie prime utilizzate;
 - v. controllo di qualità;
 - vi. indicazioni d'uso e controindicazioni;
 - vii. documentazione scientifica a supporto (ove presente).
- 4) **Copie di certificazioni**, rilasciate dagli Enti competenti, in corso di validità, dalle quali risulti che:
 - a) i materiali di consumo sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro (Regolamento UE 2017/746 - IVDR) o Dispositivi Medici (Regolamento UE 2017/745 - MDR), con esplicita indicazione della classe di rischio e dichiarazione di possesso del marchio CE;
 - b) le apparecchiature rispettano e sono conformi a tutte le norme di sicurezza nazionali ed internazionali (CEI, UNI, EN, ecc.), a tutta la normativa espressamente richiesta nel Documento Tecnico allegato e alla regolamentazione applicabile alla tipologia di bene;
- 5) **Elenco di dettaglio della configurazione proposta**, sia per le attrezzature (con indicato ogni singolo componente e/o accessorio incluso) sia per i materiali di consumo richiesti;
- 6) **Piano dettagliato per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica** per l'intera durata del service, redatto nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato Documento Tecnico, per quanto attiene le tecnologie proposte;
- 7) **Piano di formazione ed addestramento**, con l'indicazione delle modalità di erogazione dei corsi all'uso per il personale sanitario preposto;
- 8) **Relazione dettagliata sul Servizio Post-Vendita** e di informazione/supporto tecnico per i materiali di consumo (es. gestione delle sessioni formative, sostituzione dei prodotti scaduti o prossimi alla scadenza senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, ecc.);
- 9) **Quotazione economica proposta**, contenente il dettaglio dei costi per il canone di noleggio della tecnologia, nonché il prezzo unitario e la quantità proposta per singolo materiale di consumo.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con file firmati digitalmente e corredata dalla copia del documento d'identità del Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri di firma) dell'impresa.

Si rimanda integralmente al Documento Tecnico in allegato per quanto attiene alle specifiche tecniche che dovranno essere possedute dalle tecnologie e dai materiali di consumo, alle modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione, quant'altro di natura tecnico-esecutiva.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e


trasparenza. Le manifestazioni inviate non vincolano in alcun modo la Asl di Viterbo all'affidamento, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all'Amministrazione l'interesse dell'O.E. a partecipare all'eventuale procedura che sarà espletata e la disponibilità ad essere invitato per presentare apposita offerta. **La presente NON costituisce dunque in alcun modo impegno all'acquisizione.**

Si segnala sin d'ora, a completezza d'informazione, che la Regione Lazio, con comunicazione del 25/04/2023, ha richiesto alle Aziende Sanitarie del Lazio l'utilizzo del Mercato Elettronico della Regione Lazio (M.E.La.) e la piattaforma di e-procurement regionale S.Tel.La anche per gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (sia affidamenti diretti che procedure negoziate).

Si invita pertanto ogni Operatore Economico interessato alla presente manifestazione, qualora non già ivi registrato, a procedere ad abilitazione al sistema predetto ovvero verificare la validità dello stato di iscrizione. Per l'eventuale procedura che dovesse essere avviata da questa Asl Viterbo per l'approvvigionamento dei presidi oggetto della presente indagine sarà infatti indispensabile l'abilitazione della Società all'Albo "ME - Mercato Elettronico della Regione Lazio per le Macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici".

L'eventuale procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, sarà espletata su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. e **solo** nel caso in cui l'operatore economico non risulti ancora iscritto a detta piattaforma sarà espletata su Me.PA..

Il Dirigente UOS
Gestione Contratti e Logistica
UOC E-Procurement
D^{ssa} Tania Morano



fdp

DOCUMENTO TECNICO

«Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service ed in modalità full risk, per n.36 (trentasei) mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di n.1 (una) stampante Laser per biocassette, necessaria alla UOC Anatomia ed Istologia Patologica, del PO S.Rosa, della ASL di Viterbo»

T.E.

**Art.1. OGGETTO:**

Il presente Procedimento ha ad oggetto:

- a) Fornitura ed installazione, chiavi in mano, nella formula di service, della durata di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi, di n.1 (una) Stampante Laser per biocassette, necessaria alla UOC Anatomia Patologica del PO S. Rosa della ASL di Viterbo.
- b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza tecnica sulla apparecchiatura fornita per l'intero periodo del service. Disponibilità di una stampante di back up nel Reparto.
- c) la fornitura, in regime di acquisto, di Materiale di Consumo necessario per il corretto e regolare funzionamento.

Le forniture dovranno essere consegnate al piano ed installate chiavi in mano presso il Reparto di Anatomia ed Istologia Patologica del PO S. Rosa, via Sammartinese, 01100, Viterbo.

L'appalto, Iva esclusa, al lordo del ribasso proposto dal Fornitore per l'effettuazione delle prestazioni richieste dal presente documento, **ammonta ad un importo massimo presunto, di €99.000**, per la durata di mesi 36 (trentasei).

Si riporta di seguito il dettaglio degli importi IVA esclusa:

- importo annuale unitario per il canone di noleggio e full risk per sistema stampante laser pari a € 28.200, oltre IVA; ovvero **84.600,00 per 3 anni, oltre iva;**
- importo annuale presunto complessivo per consumabili monouso (60.000 biocassette) pari a €4.800 oltre IVA **ovvero €14.400 oltre iva, per 3 anni; (0.08 euro cad.)**

Sono ammesse esclusivamente, proposte al ribasso rispetto all'importo massimo presunto definito. Durante il periodo contrattuale, il Fornitore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente documento.

Le prestazioni di cui all'art. 1, lett. c) del presente documento saranno remunerate a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto emessi con le modalità indicate nel presente Documento, valorizzati secondo le condizioni economiche proposte dal Fornitore.

Art.2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI**Premessa**

L'eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nel presente articolo non deve essere intesa come elemento di esclusiva, ma come "definizione meramente indicativa", volta ad individuare le funzioni richieste e tutte quelle alle stesse equivalenti.

La proposta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite nel presente Documento, nel rispetto del principio di equivalenza.

Principio di equivalenza

Come previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in particolare all'allegato II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature, è possibile presentare proposta per tecnologie e/o materiali di consumo anche non conformi alle specifiche sotto riportate purché funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico. In tal caso la proposta (e segnatamente la documentazione tecnica) dovrà essere obbligatoriamente corredata da una relazione tecnica o altro mezzo appropriato che, evidenziando le non conformità, motivi l'equivalenza funzionale anche con eventuali riferimenti bibliografici.

L'apparecchiatura deve essere dotata di tutte le parti, i componenti, le periferiche e gli accessori necessari ad un integrale corretto, sicuro ed immediato e completo funzionamento.

L'apparecchiatura dovrà possedere le caratteristiche tecniche e funzionali dettagliate di seguito, ovvero essere funzionalmente equivalenti.

In fase di fornitura dovranno essere comunicati tutti i requisiti impiantistici necessari all'installazione.

A) CARATTERISTICHE TECNICHE

CND	DESCRIZIONE	FABBISOGNO PER 36 mesi
W0202059017	SISTEMA STAMPANTE PER BIOCASSETTE	1

avente le seguenti caratteristiche:

- Laser IR
- Portata minima della stampante 180 biocassette
- Minimo 6 caricatori
- Alta autonomia di stampa (non inferiore a 50.000 ore di utilizzo prima della sostituzione del consumabile tecnico)
- Alta velocità di stampa (non inferiore a 10 biocassette/minuto)
- Risolutore di stampa ≥ 600 dpi
- Stampa totalmente indelebile e resistente a qualsiasi prodotto e reagente utilizzato in Anatomia Patologica
- Dimensioni della stampante ridotte per disponibilità di spazi ridotti nell'ambiente di destinazione
- Stampa di caratteri alfanumerici, codice a barre lineare e bidimensionale (QR code)
- Lettore di codice a barre integrato o interfacciabile (per codice richiesta)
- Pc e monitor per il funzionamento della stampante, completo di mouse e/o tastiera
- Interfacciamento al LIS
- Accesso da remoto per assistenza
- Possibilità di sostituzione rapida e facile della stampante di backup senza l'intervento tecnico in loco di un tecnico

B) SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione full risk e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, durante tutto il periodo del service a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.

In particolare, l'impresa su tutte le Apparecchiature richieste, comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- a) Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 1 anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;
- b) supporto specialistico telefonico in lingua italiana almeno nelle fasce orarie lavorative dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30,



- c) interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate e comunque entro e non oltre 8 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (i.e., difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, ecc...);
- d) in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione, dovesse comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 1 giorno lavorativo, sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali caratteristiche entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque entro e non oltre il suddetto giorno lavorativo.
- e) l'eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione all'interno e tra i vari presidi ospedalieri e/o Distretti sanitari della Asl di Viterbo, qualora la collocazione iniziale dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne e/o tra i diversi presidi;

In ogni caso, le tempistiche di risoluzione del guasto non possono essere superiori a 1 giorno lavorativo.

C) CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEL MATERIALE DI CONSUMO

Per l'intera durata dell'Appalto, il Fornitore dovrà consegnare tutto il materiale di consumo occorrente al corretto utilizzo.

Nella seguente tabella si riporta il fabbisogno triennale presunto dell'Azienda:

CND	DESCRIZIONE	FABBISOGNO PER 12 mesi (PZ)	FABBISOGNO PER 36 mesi
W05030501	Biocassette colorate per inclusioni	60.000	180.000

BIOCASSETTE:

- Idonee per stampigliatrice
- Almeno 6 colorazioni differenti (colorazioni chiare che permettono leggibilità della stampa nel colore nero)
- Universali, preimpilate

DICHIARAZIONE CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI CE

Dovranno essere presentate, in sede di proposta tecnica, le seguenti documentazioni:

- dichiarazioni di conformità e marcatura CE IVDR (Regolamento UE 2017/746)
- dichiarazioni di conformità alla norma CEI EN 60825-1
- rispetto del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente in materia di sicurezza per l'operatore, specialmente nell'utilizzo di sorgenti laser
- rispetto UNI EN ISO 11553-1 e CEI EN 60825-1
- rispetto UNI EN ISO 15189
- rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- rispetto della Direttiva EMC (2014/30/UE)
- rispetto della Direttiva 2014/35/UE
- rispetto Standard per la sicurezza elettrica e meccanica delle apparecchiature da laboratorio IEC EN 61010-1.

La ditta dovrà dichiarare espressamente nella proposta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.
All'atto del collaudo, dovrà essere consegnato manuale d'uso in duplice copia in formato cartaceo/digitale, in lingua italiana.

Art.3. LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La stampigliatrice dovrà essere consegnata presso il P.O. Santa Rosa, Strada Sammartinese snc. 01100 Viterbo, blocco B, piano 3, UOC Anatomia ed Istologia Patologica.

La consegna e l'installazione chiavi in mano, dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione, da parte dell'impresa, del contratto, salvo tempistiche inferiori indicate nella proposta tecnica dall'impresa medesima.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa autorizzazione dell'Azienda medesima.

Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.

Art.4. COLLAUDO

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo.

In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal presente Documento Tecnico, dalla proposta tecnica presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa.

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono quelli della UOC Ingegneria Clinica, ed in particolare: Ing. Elisa Trifolelli elisa.trifolelli@asl.vt.it, tel. 3499068946 e/o Ing. Camilla Valentini camilla.valentini@asl.vt.it, tel. 3384919202

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica e all' UOC Anatomia Patologica, destinataria delle Forniture.

Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica.

Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale.

Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nella proposta tecnica e comunque non oltre 24 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale.

Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc., nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea, inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di formazione. Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.



Art.5. LUOGO, MODALITA' E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO

I materiali di consumo dovranno essere consegnati presso l'UO richiedente, solo ed esclusivamente a seguito della ricezione di apposito Ordinativo NSO. La proprietà dei prodotti verrà acquisita dall'Azienda con le singole consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne è, dunque, a carico dell'Appaltatore.

Ciascun Ordinativo relativo a Materiale di Consumo conterrà: il numero progressivo dell'ordine (prodotto dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore, il termine di consegna, la tipologia ed il quantitativo degli articoli da consegnare, il luogo di consegna degli stessi, l'importo totale dell'ordine.

Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi, rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Il termine massimo di consegna dei Materiali di Consumo è da intendersi pari a 10 giorni solari dal ricevimento dell'Ordinativo NSO, salvo tempistiche più brevi indicate dall'Appaltatore.

Qualora i Materiali di Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno essere sostituiti, a cura e spese del Fornitore, entro e non oltre il termine massimo di 3 giorni solari dalla richiesta.

Nei casi di cui sopra, l'Azienda si riserverà, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, dei Materiali di Consumo non consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento di ogni danno conseguente subito dalla Stazione Appaltante (ex art. 1382 C.C.).

Art.6. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuovi Materiali di Consumo analoghi a quelli oggetto del contratto e migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software sulle Apparecchiature fornite, sarà tenuto ad informare la Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di ottenerne la sostituzione o l'implementazione, senza oneri e costi aggiuntivi.

Art.7. FORMAZIONE

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale, sulla base di quanto previsto nella proposta tecnica, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza dell'apparecchiatura da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata del noleggio, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

Per presa visione:

UOC Ingegneria Clinica
Direttore Ing. Luca Ronca

UOC Anatomia Patologica
Direttore Daniele Remotti

T.E.

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA