

## Procedura

**Registro di Sistema Bando** :PI080892-26

**Ente Appaltante** :ASL Viterbo

**Oggetto** :AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI APPARECCHIATURE PER OCULISTICA DA DESTINARE ALLA U.O.C. OCULISTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE DELLA ASL VITERBO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023

**CIG**:

---

## Richiedente

**Azienda**

**Utente**

---

## Richiesta chiarimento

**Registro di Sistema**:PI083676-26del17/04/2026 19:25:01

**Chiarimento**

Buonasera, in merito alla procedura di cui si tratta si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) "Biometro ottico ad ultrasuoni": i biometri si distinguono principalmente in due categorie: ottico o ad ultrasuoni. Si chiede di specificare quale tipologia è richiesta in quanto non esiste sul mercato uno strumento unico che racchiuda entrambe le tipologie.
- 2) "Modalità A-Scan": tale caratteristica presume uno strumento ad ultrasuoni (e non ottico), ma la base d'asta indicata fa presupporre un biometro ottico. Si chiede di specificare se volete un biometro ottico o ad ultrasuoni.
- 3) "Misurazione della lunghezza assiale con tecnica a contatto (ultrasuoni?) o a immersione": anche qui si chiede di specificare in quanto le due tipologie di misurazione si riferiscono ad un biometro ad ultrasuoni, mentre la tipologia ad immersione è anche riprodotta nei biometri ottici.
- 4) "Misurazione del raggio corneale": tale parametro è misurabile solamente con un biometro ottico e non con una sonda ad ultrasuoni.
- 5) Le sonde per biometria e per pachimetria sono fornite solamente con biometri ad ultrasuoni, mentre i biometri ottici non necessitano di sonde in quanto utilizzano la tecnica No-Contact.
- 6) "Dotato di stampante integrata A4": per quanto di nostra conoscenza, considerato il formato di stampa richiesto, non esistono biometri che integrino stampanti così grandi ma semplicemente stampanti termiche con carta avente larghezza 57mm

Per tutto quanto sopra si chiede di specificare quindi la tipologia di strumento richiesto (ottico o ultrasuoni) modificando di conseguenza le caratteristiche richieste.

Distinti saluti.

---

## Risposta a Richiesta Chiarimento

**Registro di Sistema**:PI086178-26del22/04/2026 12:51:40

**Risposta Quesito**

In riscontro al quesito formulato, si rappresenta quanto segue.

1. Con riferimento alla tipologia di apparecchiatura richiesta, si specifica che l'interesse dell'Azienda è rivolto a un biometro ottico, in coerenza con la base d'asta indicata.
2. L'indicazione relativa alla "Modalità A-Scan" deve intendersi quale refuso e, pertanto, non costituisce caratteristica richiesta.
3. Anche il riferimento alla misurazione della lunghezza assiale con tecnica a contatto o a immersione deve considerarsi un refuso; si conferma che la tecnologia richiesta è di tipo No-Contact.
4. Si conferma, invece, la necessità della misurazione del raggio corneale, trattandosi di caratteristica coerente con la tipologia di biometro ottico richiesta.
5. Le indicazioni relative alla presenza di sonde per biometria e per pachimetria devono anch'esse intendersi quali refusi e, pertanto, non rappresentano requisiti richiesti.
6. Parimenti, la dicitura "stampante integrata A4" è da considerarsi un refuso; deve intendersi richiesta la presenza di stampante termica integrata.

Distinti saluti

**ASL Viterbo**