

U.O.C. E-PROCUREMENT

Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo
Direttore *ad interim* dott.ssa Simona Di Giovanni

Referente amministrativo procedura

Riccardo Corgna – TEL. 0761 236818

e-mail riccardo.corgna@asl.vt.it

PROT. N° 87855

VITERBO, 12-10-2026

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GATING RESPIRATORIO DELL'ACCELERATORE LINEARE IN USO
PRESSO LA U.O.C. RADIOTERAPIA DEL P.O. SANTA ROSA

A	AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO – U.O.C. E-PROCUREMENT – Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT)
B	Fornitura con posa in opera per l'aggiornamento del sistema di gating respiratorio attualmente in uso presso la U.O.C. Radioterapia del P.O. Santa Rosa di Viterbo, mediante implementazione di ulteriori n. 2 gruppi ottici sul sistema AlignRT installato a corredo dell'acceleratore lineare VERSA HD n. 1, attualmente costituito da un solo gruppo ottico, comprensiva di aggiornamento software, installazione e messa a punto, collaudo/verifica di conformità, formazione del personale e servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk per 12 mesi.
C	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, e comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dalla U.O.C. Ingegneria Clinica, l'intervento è stato individuato quale aggiornamento del sistema AlignRT già in dotazione presso la U.O.C. Radioterapia, per il quale è stata prospettata la necessità di procedere con TEMA Sinergie S.p.A., in qualità di fornitore e distributore del sistema attualmente installato. La prospettata assenza di concorrenza per motivi tecnici è correlata alla necessità di garantire la completa integrazione con il database pazienti attualmente in uso, la possibilità di trattare i pazienti su entrambi gli acceleratori lineari senza modificare i workflow clinici in uso e il mantenimento dei medesimi setup SGRT per ciascun paziente, comprensivi delle soglie personalizzate per i sei gradi di libertà, delle regioni di interesse e delle soglie temporali per l'interruzione automatica del fascio. Ciascun gruppo ottico dovrà inoltre essere dotato di doppia telecamera e il sistema dovrà assicurare elevata velocità di ricostruzione 3D. Tali caratteristiche sono considerate nel loro complesso ai fini del soddisfacimento del fabbisogno clinico-funzionale rappresentato.
D	TEMA Sinergie S.p.A., P. IVA 00970310397, operatore economico individuato in via preliminare, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, quale fornitore e distributore del sistema attualmente in dotazione.
E	Informazioni stazione appaltante: U.O.C. E-Procurement ASL Viterbo – Responsabile unico del progetto: Geom. Giovanni Scivola. Importo stimato dell'intervento: € 140.000,00 IVA esclusa. L'intervento è ricompreso nell'ambito del finanziamento ex art. 20 della L. n. 67/1988 – Stralcio IB.1 – DGR Lazio n. 296/2024 – CUP G82C19000280003.
F	Gli operatori economici che ritengano di essere in grado di eseguire l'aggiornamento del sistema sopra descritto ovvero di proporre soluzioni alternative ragionevoli idonee a soddisfare integralmente il medesimo fabbisogno clinico-funzionale dovranno comunicarlo, producendo idonea documentazione tecnica, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso tramite la piattaforma S.TEL.LA. ovvero all'indirizzo PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it , riportando in oggetto "Avviso volontario per la trasparenza preventiva – aggiornamento del sistema di gating respiratorio dell'acceleratore lineare in uso presso la U.O.C. Radioterapia del P.O. Santa Rosa". La documentazione tecnica dovrà consentire di verificare l'effettiva capacità dell'operatore



economico di eseguire l'intervento richiesto ovvero l'idoneità della soluzione alternativa proposta a conseguire il medesimo risultato clinico-funzionale, con particolare riferimento alla compatibilità e integrazione con le tecnologie già installate, alla gestione del database e dei setup paziente, agli eventuali interventi hardware, software e impiantistici necessari e ai tempi di installazione e messa in esercizio.

Il presente avviso non rappresenta invito a produrre offerta e non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata.

Il RUP
Geom. Giovanni Scivola

R.C.
RC.