

ASL Viterbo**Procedura****Registro di Sistema Bando** :PI169474-25**Ente Appaltante** :ASL Viterbo**Oggetto** :GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, PRESSO IL P.O. DI VITERBO, DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 1,5T (LOTTO 1) E N. 1 SISTEMA ANGIOGrafo BIPLANO (LOTTO 2).**CIG:**

Richiedente**Azienda** :ASL Viterbo**Utente** :Tania Morano

Richiesta chiarimento**Registro di Sistema:**PI183057-25**del**03/09/2025 10:10:57**Chiarimento**

CON IL PRESEENTE AVVISO SI INTENDE ANNULLARE INTEGRALMENTE LA RISPOSTA GIA' PUBBLICATA A SEGUITO DEL QUESITO PI177508-25 PUNTO 4)

Risposta a Richiesta Chiarimento**Registro di Sistema:**PI183492-25**del**03/09/2025 12:20:15**Risposta Quesito**

LA RISPOSTA AL QUESITO PI177508-25 PUNTO 4) GIA' PUBBLICATA E' DA INTENDERSI ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA PRESENTE.

QUESITO 4) In riferimento al Capitolato Tecnico, Paragrafo 2.1 Caratteristiche Tecniche, "Acquisizione ed elaborazione", si chiede di confermare che per "Possibilità di acquisizione multifase e dinamica con possibilità di studio perfusionale" si faccia riferimento ad un'acquisizione CBCT angiografica multifasica in grado di generare un elevato numero di ricostruzioni volumetriche capaci di catturare la dinamica dei circoli collaterali. I volumi 3D ricostruiti potranno poi essere utilizzati per gli studi perfusionali quantitativi, direttamente in sala angiografica.

NUOVA RISPOSTA: Si conferma il Capitolato Tecnico specificando che la prescrizione dello stesso è da intendersi come segue ""Possibilità di acquisizione multifase e dinamica con possibilità di studio perfusionale" o SIMILARI in ottemperanza al Principio di Equivalenza Funzionale previsto dal Codice degli Appalti vigente.