

U.O.C. E Procurement  
 Settori Prodotti  
 Tel. 0761- 237 838  
 Fax 0761 237837  
 e-mail: simona.stefanoni@asl.vt.it

PROT. N° *81143*

VITERBO, *23-09-2025*

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI

**OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI POMPE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE AI NEONATI, IN COMODATO D'USO GRATUITO, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO**

La ASL Viterbo ha necessità di provvedere alla fornitura in service di pompe per la somministrazione di nutrizione enterale ai neonati, in comodato d'uso gratuito, e relativo materiale di consumo).

NUMERO	CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	FABBISOGNI ANNUALI ASL VT
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In poliuretano con linea radiopaca e punta atraumatica chiusa;</li> <li>- Con connettore universale enfit con tappo che permetta la perfetta chiusura della sonda in assenza di nutrizione;</li> <li>- Disponibilità di vari diametri (almeno Ch 5 e Ch 8 - lunghezza 50 cm circa);</li> <li>- Elevata biocompatibilità del materiale che ne consenta un uso a lungo termine (6 settimane circa);</li> <li>- Marcatura CE;</li> <li>- Sterili e monouso.</li> </ul>	pz	500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In PVC/PE;</li> <li>- Con connettore universale enfit;</li> <li>- Disponibilità di vari diametri (da 0,8x2 mm circa a 4,5 x 6,8 mm circa);</li> <li>- Disponibilità di varie lunghezze (da 5 cm a 30 cm circa);</li> <li>- Marcatura CE;</li> <li>- Sterili e monouso.</li> </ul>	pz	2.500

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubo in PVC;</li> <li>- Con connettore universale enfit con tappo protettivo enfit che permetta la perfetta chiusura della sonda in assenza di nutrizione;</li> <li>- Disponibilità di vari diametri e lunghezze (almeno 9 Ch 150 cm);</li> <li>- Marcatura CE;</li> <li>- Sterili e monouso.</li> </ul>	pz	600
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tubo in PVC;</li> <li>- A tre vie con due connettori enfit maschi e uno enfit femmina;</li> <li>- Con tappo protettivo enfit che permetta la perfetta chiusura della sonda in assenza di nutrizione;</li> <li>- Marcatura CE;</li> <li>- Sterili e monouso.</li> </ul>	pz	600
<p>Tappo di campionatura per nutrizione enterale con enfit per flacone di diametro di 20 mm, con spike per flacone in PC, con punta maschio enfit e tappo enfit femmina. Sterili e monouso.</p>	pz	200
<p>Tappo per nutrizione enterale con enfit per fiala/flacone di diametro 11-21mm, con tappo prelievo multicalibro per bottiglia, connettore maschio enfit e tappo enfit femmina. Sterili e monouso.</p>	pz	200
<p>Tappo a vite con enfit maschio per farmaci enterali in fiale/bottiglie con connettore maschio enfit, tappo enfit femmina e tappo a vite in PVC per fiala/flacone di diametro 28 mm. Sterili e monouso.</p>	pz	200

Pompa a siringa per nutrizione enterale per le unità pediatriche e neonatali;

- Di piccole dimensioni e leggerezza adatta all'uso esclusivo ospedaliero;
- Munita di display di facile lettura;
- Velocità di infusione programmabile nel range da 0,1 a 200 ml/h circa con incrementi di 0,1 ml/h;
- Memorizzazione, visualizzazione della velocità d'infusione, dose e volume totale erogati;
- Accuratezza del flusso +/- 2% circa;
- Munita di allarmi a) sonori e visivi di occlusione, di fine infusione e di batterie esaurite; b) di rilevazione di bolle d'aria; c) di pompa guasta;
- Diverse modalità di somministrazione e di bolo selezionabili,;
- Facilità d'uso;
- Resistenti all'infiltrazione di acqua e di liquidi;
- Facilmente sanificabile;
- Compatibili con siringhe enterali di diverso volume;
- Alimentazione a rete diretta e batteria ricaricabile;
- Dotate di caricabatterie;
- Rispondenti alle normative sul marchio CE e alle normative di sicurezza CEI;
- Possibilità di impilamento;
- Possibilità di avere (quando richiesta) una borsa (o uno zaino) dedicati al trasporto della pompa;
- Manuale di istruzioni operative redatto in italiano.

**La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, inoltre, all'assistenza tecnica, alla manutenzione e alla sostituzione della pompa, in caso si malfunzionamento, entro due giorni lavorativi.**

pz

10

L'operatore economico interessato dovrà far pervenire la propria proposta commerciale completa di:

- Scheda tecnica
- Codice e la descrizione articolo della ditta, il codice del fabbricante la CND, il Codice di Repertorio;
- il codice UDI-DI (ove presente)
- Il prezzo unitario IVA esclusa, l'aliquota IVA, il confezionamento
- Elenco dei prezzi praticati presso le Strutture Sanitarie del SSN

La sopradetta documentazione dovrà essere inviata, entro 7 giorni dalla presente all'indirizzo PEC [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it) o sul portale Stell@.

La presente indagine esplorativa di mercato non costituisce impegno all'acquisto. Successivamente la Stazione appaltante procederà con eventuale procedura di acquisto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23 come da normativa vigente.

Dirigente UOS Contratti e Logistica  
Dr.ssa Tania Morano



