

Unità Operativa Complessa E-Procurement

Direttore *ad interim*: Dr.ssa Simona Di Giovanni

Referente amministrativo procedura

Simone Costantini

Tel. 0761-237325

e-mail simone.costantini@asl.vt.it

PROT. N° 68946

VITERBO, 10-08-2026

**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PRELIMINARE DI MERCATO,
FINALIZZATA ALL'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA DI
GARA, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI UN
NUOVO SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE DI PRP/APC/ACS
OCCORRENTE ALLA U.O.C. S.I.M.T. DEL P.O. SANTA ROSA DELLA ASL DI
VITERBO.**

1. Premessa

La ASL di Viterbo, con il presente avviso, intende svolgere un'indagine esplorativa preliminare di mercato, aperta a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ed idonei, al fine di acquisire elementi istruttori utili in ordine al mercato di riferimento e all'eventuale successiva predisposizione di una procedura di gara per la fornitura in oggetto.

Il presente avviso è pubblicato:

- SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ASL VITERBO – SEZIONE “AVVISI E GARE”
- SULLA PIATTAFORMA DI E-Procurement REGIONE LAZIO “S.Tel.La.”

2. Finalità e natura dell'avviso

La presente iniziativa ha carattere meramente esplorativo, conoscitivo e istruttorio e non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale, né invito a presentare offerta vincolante. Essa è finalizzata esclusivamente a una ricognizione del mercato di riferimento e non dà luogo ad alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o formazione di posizioni giuridiche qualificate in capo ai partecipanti. La partecipazione alla presente indagine non comporta per la ASL di Viterbo alcun obbligo di affidamento e non determina in capo agli operatori economici alcun diritto, aspettativa o pretesa giuridicamente tutelabile. La ASL di Viterbo si riserva la facoltà di:

- interrompere, sospendere, modificare o annullare la presente indagine in qualsiasi momento;
- non procedere ad alcun affidamento;
- procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o di un solo preventivo ritenuto idoneo;
- richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni o approfondimenti istruttori.

3. Oggetto dell'indagine

La presente indagine esplorativa ha come oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di un nuovo SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE DI PRP/APC/ACS, completo di:

- a) Fornitura, “chiavi in mano”, installazione, messa in funzione e collaudo, in regime di **SERVICE FULL RISK**, di n. 1 Sistema automatizzato per la produzione di PRP/APC/ACS, per la U.O.C. S.I.M.T., destinato al P.O. Santa Rosa comprensiva dell'installazione, di ogni accessorio, software e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature fornite;

- b) Erogazione dei servizi accessori di manutenzione *Full-Risk* ed Assistenza tecnica sull'apparecchiatura fornita durante tutto il periodo di garanzia, del sistema offerto, comprensivi anche della eventuale fornitura di apparecchiature sostitutive. Garanzia minima di almeno 2 anni (24 mesi);
- c) Fabbisogno:

- N. 1 Piattaforma automatizzata in comodato d'uso;
- N. 250 Kit/anno e relativo software per produzione ACS;
- N. 40 Kit/anno e relativo software per produzione PRP;
- N. 250 Kit/anno e relativo software per produzione APC;

L'eventuale installazione, oggetto della presente indagine, dovrà essere realizzata presso la UOC S.I.M.T. del P.O. di Santa Rosa in Viterbo, sito in Strada Sammartinese snc – 01100 Viterbo (VT).

4. Modalità di partecipazione

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui dagli artt. 94 al 98 e seguenti del medesimo decreto, nonché di adeguata capacità tecnico-professionale in relazione all'oggetto dell'affidamento, anche desumibile da documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione. Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere:

a) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

Manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- i dati identificativi dell'operatore economico;
- i recapiti di riferimento;
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro registro/albo pertinente, ove dovuta;

b) Documentazione tecnica

Relazione descrittiva della soluzione proposta, con evidenza:

- delle caratteristiche del sistema proposto;
- delle caratteristiche delle apparecchiature proposte;
- delle certificazioni e della documentazione regolatoria disponibile.

c) Preventivo economico

Preventivo economico recante almeno:

- quotazione unitario dei dispositivi e del totale della fornitura;
- quotazione dei kit offerti;
- eventuali ulteriori componenti del sistema;
- validità del preventivo.

Il preventivo richiesto ha esclusivamente finalità conoscitive e istruttorie e non costituisce offerta irrevocabile né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'eventuale affidamento.

5. Modalità e termine di presentazione

La documentazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso (non perentori). La trasmissione potrà avvenire alternativamente:

- mediante la piattaforma telematica "S.Tel.La", secondo le modalità ivi previste;
- mediante PEC all'indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it.

6. Modalità di utilizzo delle risultanze

Le manifestazioni di interesse e i preventivi acquisiti saranno utilizzati dalla ASL di Viterbo esclusivamente ai fini istruttori, per la valutazione del mercato di riferimento e per l'eventuale individuazione dell'operatore economico cui eventualmente affidare direttamente la fornitura. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle proposte pervenute in relazione alla loro coerenza e necessità aziendale, tenendo conto, in via complessiva, degli elementi tecnici ed economici rappresentati.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dagli operatori economici saranno trattati dalla ASL di Viterbo, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla presente indagine esplorativa di mercato, alla relativa istruttoria e all'eventuale successivo affidamento, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione alla presente indagine. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento è la ASL di Viterbo, con sede in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile al seguente recapito: dpo@asl.vt.it.

Il Responsabile
U.O.S. Gestione Contratti
e Logistica - UOCE-Procurement
Drs.ssa Tania Morano

S.C.

Allegati: "Caratteristiche Tecniche richieste"



Viterbo 05.06.2026

Caratteristiche tecniche richieste per il sistema automatizzato per la produzione di PRP/ACS

Le caratteristiche richieste per il sistema di produzione di PRP/ACS sono:

- Sistema certificato con indicazione d'uso per terapia cellulare;
- Piattaforma unica per tutte le procedure richieste, completamente automatizzata e idonea alla produzione di differenti terapie cellulari autologhe, tra cui PRP, APC e ACS;
- Possibilità di salvare programmi personalizzati per la produzione dei diversi prodotti target (PRP, APC, ACS), consentendo una gestione flessibile e adattabile alle differenti esigenze cliniche;
- Separazione del prodotto target mediante sensori ottici ad alta frequenza e di ultima generazione, al fine di garantire precisione ed efficienza della lavorazione;
- Possibilità di processare automaticamente più campioni contemporaneamente, ottimizzando i tempi operativi e incrementando la produttività del sistema;
- Alloggiamento diretto delle siringhe di prelievo e raccolta all'interno della macchina, senza necessità di trasferimenti intermedi in altri contenitori o provette, riducendo il rischio di contaminazione;
- Presenza delle sfere in vetro necessarie alla concentrazione, mediante incubazione, di IL-1RA e di altre citochine direttamente nella siringa di prelievo, senza ulteriori manipolazioni;
- Processo di lavorazione completamente automatizzato, con prodotto finale pronto all'uso senza necessità di ulteriori interventi da parte dell'operatore;
- Possibilità di regolare la concentrazione leucocitaria del prodotto finale, consentendo la modulazione della risposta terapeutica;
- Volume massimo di sangue intero necessario per il prelievo non superiore a 12 mL, rendendo la procedura minimamente invasiva;
- Kit completo di tutto il materiale necessario per l'intera procedura, dal prelievo al prodotto finito, inclusi eventuali anticoagulanti (ove previsti) ed etichette identificative;
- Tempo di incubazione del campione per la preparazione di ACS inferiore a 50 minuti a temperatura ambiente, garantendo rapidità e praticità di utilizzo clinico.

Dott.ssa Laura Fontana
Direttore sostituto U.O.C. SIMT
Ospedale Santa Rosa

